



Fundusze Europejskie
dla Lubelskiego



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



Biała Podlaska, dnia 15 lipca 2025 r.

16/ZP/AS/2025

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

PYTANIE 1: Poz. 2 Stół do masażu elektryczny

Czy zamawiający dopuści stół o większej ilości sekcji?

ODPOWIEDŹ 1: Zamawiający nie dopuszcza stołu o większej ilości sekcji, chyba że za dodatkową sekcję oferent uważa zagłówek.

PYTANIE 2: Poz. 2 Stół do masażu elektryczny

Czy Zamawiający dopuści stół o regulacji wysokości 50-96? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

ODPOWIEDŹ 2: Zamawiający informuje, iż dopuszcza stół o regulacji wysokości w przedziale 50-96 cm. W opisie przedmiotu zamówienia w tirecie dotyczącym tego parametru Zamawiający wskazał MINIMALNY żądany zakres regulacji wysokości.

PYTANIE 3: Poz. 2 Stół do masażu elektryczny

Czy Zamawiający dopuści stół z dwoma regulowanymi stopkami? Jest to wystarczająca ilość aby wypoziomować stół.

ODPOWIEDŹ 3: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stołu jedynie z dwoma regulowanymi stopkami. W ocenie Zamawiającego nie jest to optymalna ilość aby poprawnie wypoziomować stół.

PYTANIE 4: Poz. 2 Stół do masażu elektryczny

Czy Zamawiający dopuści stół z regulacją zagłówek -72° do +40°?

ODPOWIEDŹ 4: Zamawiający określił dokładnie parametry dotyczące oczekiwanej regulacji nachylenia zagłówek. Z uwagi na zaplanowane przeznaczenie i różnorodność zaplanowanych rodzajów terapii i zajęć do których wykorzystywany będzie sprzęt Zamawiający wskazał parametry i funkcjonalności które pozwolą mu na ich przeprowadzenie oraz realizację w sposób efektywny procesu kształcenia uczniów. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stołu o regulacji kąta nachylenia zagłówek w zakresie od -72 do +40 stopni.

PYTANIE 5: Poz. 2 Stół do masażu elektryczny

Czy zamawiający dopuści stół o długości zagłówek 43 cm?

ODPOWIEDŹ 5: Zamawiający określił dokładnie parametry dotyczące oczekiwanej całkowitej długości stołu oraz poszczególnych jego części. Wskazana w opisie długość poszczególnych sekcji jest istotnym parametrem użytkowym związanym z wykonywaniem konkretnych zaplanowanych

rodzajów terapii i zajęć. Zmiana długości jednej z sekcji spowoduje istotną zmianę długości pozostałych sekcji stołu. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stołu o długości zagłówka 43 cm.

PYTANIE 6: Poz. 2 Stół do masażu elektryczny

Czy Zamawiający dopuści stół o szerokości 63 cm?

ODPOWIEDŹ 6: Zamawiający określił dokładnie parametry dotyczące oczekiwanej szerokości stołu. Wskazana w opisie szerokość istotnym parametrem użytkowym związanym z wykonywaniem konkretnych zaplanowanych rodzajów terapii i zajęć. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza stołu o szerokości 63 cm.

PYTANIE 7: Poz. 5 Asystor

Czy Zamawiający dopuści asystor o poniższym opisie:

Mobilny i funkcjonalny asystor dedykowany jest placówkom stomatologicznym. Dzięki stabilnej konstrukcji i łatwej dezynfekcji, asystor znajduje swoje zastosowanie w gabinetach lekarzy innych specjalizacji. Estetyczny wygląd i odpowiednio dobrany kolor szafki dopełni wnętrze gabinetu lekarskiego. Szklany blat, chromowana podstawa i kolumna gazowa zapewniają łatwe utrzymanie szafki w czystości.

Produkt posiada system jezdyny z możliwością zmiany wysokości. Szafka medyczna posiada trzy szuflady, ostatnia na dole jest trochę większa. Szuflady posiadają bezpieczne uchwyty niewystające poza bryłę mebla.

Produkt dostępny w 2 kolorach frontów oraz 2 kolorach boków szafki

Całkowita szerokość, mm	540
Całkowita głębokość, mm	510
Całkowita wysokość min, mm	840
Całkowita wysokość max, mm	1050
Średnica podstawy, mm	650
Dopuszczalne obciążenie blatu, kg	10



Lub o danym opisie

Asystor stomatologiczny, medyczny o wszechstronnym zastosowaniu do gabinetów stomatologicznych, placówek medycznych oraz jednostek służby zdrowia. Korpus na solidnej, stalowej, chromowanej podstawie z regulowaną wysokością, na kółkach, wykonany z płyty MDF laminowanej okleiną ABS, szarą. Na blacie szklana płyta ułatwiająca utrzymanie czystości, zabezpieczająca przed wilgocią i drobnymi uszkodzeniami mechanicznymi. Szuflady asystorów stomatologicznych w bogatej gamie dostępnych kolorów wykończenia frontu, wysuwane na szynach, wykonane są z płyty MDF z metalowym, chromowanym uchwytem. Dwie dolne szuflady o powiększonej objętości.

Wymiary asystora medycznego:

Szerokość: 500 mm

Głębokość: 425 mm

Wysokość: 900-1080 mm

Gwarancja 12 miesięcy?



ODPOWIEDŹ 7: Zamawiający określił dokładnie parametry asystorów tak, aby dostarczone asystory korelowały wizualnie z posiadanym już wyposażeniem (meble). Ponadto zaproponowane rozwiązanie w postaci szklanego blatu nie może być przez Zamawiającego zaakceptowane ze względu na wysokie ryzyko zarysowań – podczas zajęć używane są m. in. kamienie do masażu i kule solne, które niszczą tego typu powierzchnię. W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza asystorów o parametrach wskazanych w pytaniu.

PYTANIE 7: Poz. 9 Wieszak na ubrania

Czy Zamawiający dopuści wieszak na ubrania o wysokości 160 cm?

Czy Zamawiający dopuści wieszak na ubrania gdzie ubrania będą wieszane na wieszakach a dodatkowe 6 haczyków będzie służyło do wieszania drobnych przedmiotów, i czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu obciążenia dla haczyków 5 kg. Poglądowe zdjęcie wieszaka zamieszczam poniżej.



ODPOWIEDŹ 7: Zamawiający informuje, iż nie dopuszcza wieszaków o parametrach wskazanych w pytaniu. Wieszaki zostaną umieszczone w pracowni bezpośrednio przy stołach do masażu w konfiguracji jeden stół – jeden wieszak, a zaproponowane przez Państwa rozwiązanie zajmie zbyt dużo miejsca ograniczając mobilność osoby wykonującej zabieg. Ponadto wieszak, gdzie ubrania będą wieszane na dodatkowych wieszakach wygeneruje konieczność zakupu dodatkowych elementów. Zamawiający informuje, iż mając na względzie powyższe nie zrezygnuje z wymogu obciążenia dla haczyków 5 kg.

/-/ Kierownik Zamawiającego