

Opis przedmiotu zamówienia – po wypełnieniu załącznika do Formularza ofertowego

Opis parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Dostawa materaca zmiennociśnieniowego rurowego dla Szkoły Policealnej – Medycznego Studium Zawodowego im. Marii Minczewskiej w Białej Podlaskiej w ramach projektu „Aktywna Szkoła 2”

Parametry techniczne oferowanego materaca zmiennociśnieniowego rurowego

Lp.	Przedmiot zamówienia i wymagane parametry techniczno-użytkowe wyrobu	Parametry oferowane (określić i opisać parametry techn.-użytkowe odpowiednio do wymogów Zamawiającego)
I.	Materac zmiennociśnieniowy-rurowy do IV stopnia zagrożenia odleżynami w skali czterostopniowej EPUAP	
1.	Pompa posiadająca nast. parametry:	
a	Kompresor 1 membranowy w obudowie metalowej z uchwytem do powieszenia na panelu łóżka oraz postawieniu na podłodze	
b	Cyfrowa kontrola z sensorem ciśnienia	
c	Możliwość wyboru długości czasu cyklu zmiennociśnieniowego (np. 10 lub 20 minut)	
d	Pompa wyposażona w wizualny lub dźwiękowy alarm niskiego ciśnienia	
e	Regulacja ciśnienia - płynna z podziałką kg	
f	Tryb statyczny pracy dla pacjentów wrażliwych na ból	
g	Waga pompy: max 3 kg	
h	Wieszaki do zawieszania pompy.	
i	Zasilanie: 230V / 50Hz.	
2.	Materac posiadający nast. parametry:	
a	Materac powietrzny przeznaczony do umieszczania bezpośrednio na ramie łóżka (bez konieczności zakupu dodatkowego podkładu) z pokrowcem wymiennym.	

b	Wyposażony w minimum 18 wymiennych komór (minimum 3 komory od strony głowy statyczne).	
c	Materac wyposażony w system pozwalający na odprowadzenie wilgoci i ciepła z wnętrza materaca, co pozwala osuszyć powietrze otaczające komory oraz zapewnić pacjentowi większy komfort, np. powłokę poliuretanową	
d	Zawór CPR	
e	Przewód powietrza PVC z wbudowanymi wewnętrznymi zabezpieczeniami przed zgięciem (z zaworem bezpieczeństwa podczas transportu)	
f	Ukryty zamek lub pokrowiec z zamkiem błyskawicznym dookoła materaca	
g	Powłoka materiałowa bakteriostatyczna, grzybobójcza, przeciwbakteryjna.	
h	Całkowite wymiary materaca 195-198cm (dług.) / 85-88cm (szer.) / 20-21cm (wys.)	
i	Max waga pacjenta: do 180kg.	
3.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
4.	Gwarancja – min. 24 miesiące	
5.	Termin dostawy-maksymalnie do 10 maja 2021 r.	

.....
Data

.....
Podpis Wykonawcy